

Instància General

Dades de l'interessat

Tipus de persona	NIF/CIF	Nom	Primer cognom	Segon cognom
Física	37306471B	ANTONIO	MASANES PEREZ	

Dades a l'efecte de notificacions

Mitjà de notificació	Correu electrònic	Mòbil
Electrònica	a.masanes@masanes.esp.br	621222761

Exposa / Sol·licita

Exposa

Que la Asociación de Vecinos Mestral XXI solicitó al Ayuntamiento, y fue aprobado por el Pleno del 29/03/2019, la compra de un desfibrilador (DEA) para su utilización, si fuera preciso, en la Urbanización Les Tres Cales. Esta petición fue atendida unos meses después (desconocemos la fecha exacta), y el aparato instalado en una de las paredes internas del local destinado a ser "Centre social de Les Tres Cales".

Sol·licita

A la Regidoria de Salut (si fuera de su competencia), que como sea que en estos más de tres años el DEA y su servicio son un perfecto desconocido entre nuestros vecinos.....a) Se difunda su existencia, b) Se reubique si fuera necesario, c) Se forme al personal adecuado "que pueda salvar vidas" hasta la llegada de los profesionales sanitarios. Todo esto respetando el Decreto 151 /2012 del 20/11 del Dpto de Salut y el Decreto 30/2015 del Dpto. De Interior de la Generalitat. Así como la Guía del Consell Catalá de Ressuscitació y en concreto a sus párrafos : 3.1.1. La instalación de un DEA debe hacerse en cumplimiento del citado Decreto 151 /2012. Entre otros, hay que poner énfasis en el art. 3, referido a los requisitos y procedimientos de instalación, el art. 4 sobre el responsable y disponibilidad de primeros intervinientes con independencia del lugar donde se instale, y el art. 5 sobre el registro de los DEA. La instalación del DEA debe disponer de medios para la comunicación inmediata y directa con el Sistema de Emergencias Médicas. 3.1.2. Tanto en espacios privados como públicos, el acceso al DEA debe estar señalizado de acuerdo con la iconografía reconocida internacionalmente. 3.1.3. Es necesario disponer un sistema de almacenamiento de los datos que haya generado el uso de un DEA y especificar el procedimiento que permita su análisis posterior. 3.2.1. El uso del DEA por personal no sanitario (primeros intervinientes) en centros, edificios, espacios, etc., donde estén instalados, queda regulado por el Decret 151/2012. 3.2.2. Por lo que se refiere al artículo 6.3 del Decreto mencionado, en la ausencia de personal autorizado y que posibilita el acceso público a la desfibrilación, será necesario establecer programas de sensibilización, información y formación en SVB + DEA a la ciudadanía, que lo hagan posible con la mayor eficacia.

Documentació addicional

(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient

No hi ha cap document carregat



Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

He estat informat què aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades a la instància i la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable	Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Finalitat	Tramitar procediments i actuacions administratives.
Legitimació	Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.
Destinataris	Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Drets	Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.
Informació Addicional	Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça https://ametllamar.eadministracio.cat/privacy

Signatura

Data i hora d'autenticació	31/07/2023 13:20
Cognoms, Nom	MASANES PEREZ, ANTONIO
NIF/CIF	37306471B
Proveïdor d'identitat	IdCat - Generalitat de Catalunya
Sistema d'identitat	Certificat reconegut de signatura
Tipus de certificat	Persona física
Nivell de seguretat	Mitjà
IP	185.165.253.102
Id. sessió	00000zd1i3makxxevsjg1gzrbrndrggl7vh5b5eedcoq4e7eo8

Declaro que és cert el contingut d'aquest document i confirmo la meua voluntat de signar-ho

